

**Zertifikat
Protokoll** **BESTRAHLUNG**
**certificate
protocol** **IRRADIATION**

Auftragsnummer (AN) : 163971/19
order number (internal)
Kundennummer : 808
customer number

DB Nr	163971
BF Nr	215.070

Synergy Health Radeberg GmbH, Juri-Gagarin-Str.15,01454 Radeberg

Auftraggeber (customer)

Auftragnehmer (performer)

HTL-STREFA S.A.

ul. Adamówek 7
PL-95035 Ozorków
Poland

Synergy Health Radeberg GmbH

Juri-Gagarin-Str.15
01454 Radeberg
Tel.: +49 3528 / 4364 - 16
Fax: +49 3528 / 4364 - 99

Auftragsnummer (AG) : 1559/19/EX

Auftragsdatum : 19.09.19

order number customer

date of order

Name des Produktes : Needle Carrier (Type 420-430)

name of product

Artikelcode :
item code

Charge : 37G519, 39G719, 42F519, 43H219, 49F519

batch number

Bestrahlungszyklus : A-38s/19

irradiation cycle

Spezifikation : DD0808_6323_2019_R32

specification

Bestrahlungsdatum : 22.09.- 23.09.2019

irradiation date

Identifikationsnummer : 751885- 751888

identification number

Bestrahlungseinheiten : EP-Palette

irradiation unit

Anzahl : 4

quantity

Verpackungseinheiten : Karton

packaging unit

Anzahl : 73

quantity

Besonderheiten :

remarks

Die Bestrahlung erfolgt gemäß AAMI TIR33 / ISO 11137 und Produktspezifikation.
The irradiation has been performed in accordance to AAMI TIR33/ ISO 11137 as well as to product specification.

Dosis
dose

Energiedosis laut Auftrag
dose in accordance with order

Dosimetrisch ermittelte Dosis
calculated dose

Identnummer :
identification number

min. Dosis:
minimum dose

17,5 kGy

21,49 kGy

751886

max. Dosis:
maximum dose

40,0 kGy

33,89 kGy

751885

Unterbrechungszeit >10 h : Nein
interruption time over 10 hours

Anlage : GS3000
(facility)

Strahlungsart : Co-60
(kind of radiation)

Erstellung und Datenübernahme

preparation and data transfer

23.09.19

Datum und Unterschrift Ersteller
date and signature originator

**Freigabe des oben genannten Bestrahlungsgutes zur
Auslieferung** Release of specified product for delivery

23.09.19

Datum und Unterschrift Leiter Qualitätskontrolle
date and signature head quality control

Protokollsignatur 01b41c18f049c77fc81d064dc442fbbb